



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**ВЛАЖНОСТЬ ЗЕРНА
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ**

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИМИ
И РЕЗИСТИВНЫМИ ВЛАГОМЕРАМИ

ГОСТ 8.434-81

Издание официальное

Цена 2 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСТ
ГОСТ

ГОСТ 8.434-81, Государственная система обеспечения единства измерений. Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполне...
State system for ensuring the uniformity of measurements. Humidity of grain and its processing products. Method of carrying out measurements by dielcometric

**РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ**

В. Г. Романов, канд. техн. наук; С. Е. Мамбинш, канд. техн. наук; Ю. П. Секанов, канд. техн. наук; Н. П. Миц, канд. техн. наук (руководители темы);
В. В. Пушкиров; Т. П. Балакина; Б. С. Корнаков

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта Л. К. Исаев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 августа 1981 г. № 3864

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**Государственная система обеспечения
единства измерений**

ВЛАЖНОСТЬ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

**Методика выполнения измерений
диэлькометрическими и резистивными влагомерами**

State system for ensuring the uniformity of measurements. Humidity of grain and its processing products.

**Method of carrying out measurements by dielcometric
and resistive moistureganges**

**ГОСТ
8.434-81**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 августа
1981 г. № 3864 срок введения установлен**

с 01.07.1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на зерновые и зернобобовые культуры, их семена и продукты переработки (мука, крупа, отруби, далее — продукты) и устанавливает методику измерений их влажности диэлькометрическими и резистивными влагомерами, применяемыми для технологических целей на предприятиях систем заготовок, сельского хозяйства и пищевой промышленности при уборке, размещении, обработке, хранении зерна и контроле технологических процессов переработки зерна в муку и крупу.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для измерения влажности продуктов применяют диэлькометрические и резистивные влагомеры, преобразующие электрический параметр продукта, функционально связанный с влажностью, в выходной сигнал.

Влагомеры состоят из первичного и, в случае необходимости, промежуточного преобразователя (датчика) влажности и измерительного прибора (устройства).

1.2. Для измерения влажности продуктов допускается применять влагомеры, прошедшие государственные испытания в соответствии с ГОСТ 8001—80, ГОСТ 8.383—80 и допущенные к обращению в СССР.

1.3. Погрешность измерений влажности диэлькометрическими и резистивными влагомерами не превышает значений, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Диапазон измерений	Пределы допускаемые погрешности измерения влажности, %, влагомерами		
	лабораторных	полевых	поточных
До 17%	1,0(1+0,025 Δt)	1,5(1+0,025 Δt)	1,0(1+0,025 Δt) 1,5(1+0,025 Δt)*
Св. 17%	1,5(1+0,025 Δt)	2,5(1+0,025 Δt)	1,5(1+0,025 Δt) 2,5(1+0,025 Δt)*

Δt — абсолютное значение отклонения температуры продукта от 20°C.

* Пределы допускаемой погрешности измерения влажности поточными влагомерами выбирают в зависимости от их целевого назначения.

1.3.1. В случаях, когда необходимо уменьшить погрешность измерения влажности зерна конкретного типа, произрастающего в определенной почвенно-климатической зоне (районе), допускается проводить индивидуальную градуировку влагомера по методике, изложенной в РД 50—157—79 «МУ. Влагомеры зерна и продуктов его переработки электрические. Методы градуировки».

1.3.2. Индивидуальную градуировку допускается проводить для ограниченного участка (участков) диапазона измерений (показаний). В случае, если влагомер предназначен для контроля и регулирования влажности зерна одного значения, градуировку проводят на заданном значении влажности с допустимым отклонением $\pm 2\%$.

Если влагомер имеет устройства корректировки показаний, то эта корректировка может входить в процесс градуировки.

1.3.3. Методики градуировки, отличные от указанной, в том числе методики градуировки поточных влагомеров непрерывного действия, должны быть согласованы с основным заказчиком и органами Госстандарта.

1.4. При измерениях влажности допускается применять динелькометрические и резистивные влагомеры зерна, соответствующие по основным параметрам требованиям, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Нормы раб. влагомеров типа		
	лабораторных	полевых	поточных
Диапазон измерений влажности, %	8—35	10—40	10—30

Продолжение

Наименование параметра	Нормы для влагомеров типа		
	лабораторных	полевых	поточных
Электровитяжие	От сети переменного тока, от встроенных или внешних источни- ков постоянного тока, комбинирован- ное		От сети пере- менного тока
Время установления рабочего режима, мин, не более	15	1	30
Продолжительность не- прерывной работы вла- гомера в сутки, ч, не менее		20	Непрерывно с учетом времени для профилак- тического и тех- нического об- служивания в соответствии с эксплуатацион- ной документа- цией на влаго- мер конкретно- го типа
Время единичного из- мерения влажности, мин, не более		3	Непрерывные или дискретные измерения час- тотой не менее 20 измерений в час

Приложение. Допускается применять влагомеры с более узким или широким диапазоном измерения в зависимости от назначения.

1.5. Основные параметры дипольметрических и резистивных влагомеров для продуктов переработки зерна устанавливают конструкторской документацией на влагомер конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

1.6. Влагомеры должны быть отградуированы в процентах влажности. Допускается применять влагомеры с условными шкалами. В этом случае к влагомеру прилагаются графики, таблицы или другие средства, позволяющие определить, какому значению влаж-

ности соответствуют показания влагомера.

ГОСТ

ГОСТ 8.434-81, Государственная система обеспечения единства измерений. Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполне...

State system for ensuring the uniformity of measurements. Humidity of grain and its processing products. Method of carrying out measurements by dielcometric

2. ОТБОР ПРОБ

2.1. Исходные пробы для измерения влажности зерна лабораторными и полевыми влагомерами отбираются по ГОСТ 10839—64, ГОСТ 12036—66, муки и отрубей — по ГОСТ 9404—60, круп — по ГОСТ 275—56.

2.2. Объем зерна, пропускаемого через первичный преобразователь поточного влагомера, должен обеспечивать представительность измерений по отношению ко всему потоку.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ И ИХ ПРОВЕДЕНИЕ

3.1. Условия эксплуатации лабораторных влагомеров должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261—76 (группы средств измерения 1—2).

3.2. Условия эксплуатации полевых влагомеров должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261—76 (группа средств измерения 3).

3.3. Условия эксплуатации поточных влагомеров должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997—76 (группы изделий 3—4).

3.4. Для выполнения измерений влажности влагомер должен быть подготовлен к работе, собран и настроен на измеряемый продукт в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной документации.

3.5. Измерение влажности продуктов лабораторными и полевыми влагомерами производят путем заполнения первичного преобразователя влагомера продуктом, подготовленным в соответствии с указаниями разд. 2 настоящего стандарта, и отсчета показаний по шкале прибора с учетом установленных поправок.

3.6. Влажность зерна в потоке определяют путем пропускания всего потока или его части через первичный преобразователь. Показания снимают по шкале прибора или по диаграмме записи показаний (если влагомеры с автоматической регистрацией показаний) в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной документации на влагомер.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Погрешность многократных наблюдений прямых измерений оценивают в соответствии с ГОСТ 8.207—76. Оценка аномальности результатов наблюдений и доверительных границ характеристик погрешности влагомеров, подчиняющихся нормальному закону распределения, — по ГОСТ 11.002—73 и ГОСТ 11.004—74 соответственно.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Требования безопасности при работе на влагомерах — по ГОСТ 12.2.007.0—75 и эксплуатационной документации на влагомер конкретного типа:

Редактор В. П. Огурцов

Технический редактор Л. Б. Семенова

Корректор Н. Л. Шнайдер

Сдано в наб. 25.08.81 Подп. к печ. 30.09.81 0.5 п. л. 0,37 уч.-изд. л. Тираж 16000 Цена 3 коп.

*Орден «Знак Почета». Издательство стандартов, 123987, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Якиманский пер., 6. Зак. 1216*

Изменение № 1 ГОСТ 8.434—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполнения измерений динелькометрическими и резистивными влагомерами

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.03.89 № 381

Дата введения 01.08.89

Вводная часть. Заменить слова: «заготовок, сельского хозяйства и пищевой промышленности» на «хлебопродуктов и агропрома»; дополнить словами: «а также при взаимных расчетах между предприятиями и организациями по каждой автомобильной, вагонной и другой однородной по качеству партии с использованием лабораторных влагомеров».

Пункт 14. Таблица 2. Примечание дополнить абзацами: «Допускаемые расхождения результатов измерений, проводимых

последовательно на одном и том же лабораторном влагомере на зерне одной и той же пробы (навески) не должны превышать 0,2 % влажности;

(Продолжение изменения к ГОСТ 8.434—81)

на различных экземплярах лабораторных влагомеров одного типа из зерне одной и той же пробы (навески) не должны превышать 0,5 % влажности.

Пункт 2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 10839—64 на ГОСТ 13586.3—83, ГОСТ 12036—66 на ГОСТ 12036—85.

Пункт 3.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 22261—76 (группы средств измерений 1—2)» на «ГОСТ 22261—82 (группы средств измерений 2—3)».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: «ГОСТ 22261—76 (группа средств измерения 3)» на «ГОСТ 22261—82» (группы средств измерений 3—4)».

Пункт 3.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 12997—76 (группы изделий 3—4)» на «ГОСТ 12997—84 (изделия группы исполнения В1—В4)».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Погрешность многократных прямых измерений оценивают в соответствии с ГОСТ 8.207—76, а однократных прямых измерений — по МИ 1552—86. Аномальность результатов наблюдений и доверительные границы характеристик погрешности влагомеров, подчиняющиеся нормальному закону распределения, рекомендуется оценивать по СТ СЭВ 545—77 и СТ СЭВ 876—78 соответственно».

(ИУС № 5 1989 г.)