

Изменение № 2 ГОСТ 1293.0—83 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Общие требования к методам химического анализа

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 13 от 28.05.98)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2920

За принятие изменения проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|----------------------------|---|
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главгосинспекция «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: **(СТ СЭВ 3282—81)**.

Пункт 1. Второй абзац исключить.

Пункт 13 изложить в новой редакции:

«13. Контроль точности анализа осуществляют с помощью стандартных образцов состава или методом добавок, или сравнением результатов анализа, полученных принципиально различными стандартизованными методами, в соответствии с ГОСТ 25086—87 не реже одного раза в месяц, а также при замене реактивов, растворов и аппаратуры, после длительных перерывов в работе и других изменениях, влияющих на результаты анализа».

Пункт 14.2. Последний абзац. Исключить слова: «и ГОСТ 14182—80».

Пункты 14.5, 14.6. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.

(Продолжение см. с. 24)

Пункт 14.6. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяют по методикам, соответствующим требованиям ГОСТ 12.1.016—79»;
дополнить абзацами:

«Контроль параметров опасных и вредных производственных факторов выполняют по методикам измерений, стандартизованным или аттестованным в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010—90.

Основные положения и требования к организации и проведению работ по метрологическому обеспечению в области безопасности труда — по ГОСТ 12.0.005—84».

Пункт 14.10. Заменить слова: «с санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения СССР» на «с органами санитарного надзора».

Пункт 14.11. Заменить ссылку: ГОСТ 20010—74 на ГОСТ 20010—93.

Пункт 14.14. Заменить слова и ссылку: «Министерства здравоохранения СССР» на «органов здравоохранения», ГОСТ 12.0.004—79 на ГОСТ 12.0.004—90.

Стандарт дополнить пунктом — 14.17:

«14.17. При использовании сжатых, сжиженных и растворенных газов в процессе анализа требуется соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные органами Госгортехнадзора».

(ИУС № 7 2001 г.)